

장비 사양서

장비심의

제2020-임4호 / 핵산 추출 장비(Nucleic Acid Extractor)

1. 기 본 사 양 (기본적구성)

- 1) DNA/RNA Extraction Method : Beads Method
- 2) Number of Sample : up to 32 or 48
- 3) Processing Time : about 30 min
- 4) Touch Monitor : 7" inch or more
- 5) Convenience function : Self Test, USB update
- 6) Input Power : 100 ~ 240 VAC, 50~60Hz 1.5A
- 7) UV Lamp
- 8) Power Supply : UL/CSA/CE Approved universal power supply with IEC connection
- 9) Physical Dimension : 320 x 420 x 345mm or 364 X 386 X 420mm
- 10) Weight : 22kg or 25kg

2. 구 성 품

- | | |
|----------------|----------------|
| 1) Main Unit | · · · · · 1Set |
| 2) Power Cable | · · · · · 1ea |

3. 특 이 사 항

- 1) Operating / Service Manual 각각 제공한다.
- 2) 모든 장비의 구성 및 Accessory는 사양대로 제공할 것.
- 3) Warranty : 임대계약서 내용에 따름
- 4) 회사의 최신장비, 최신 Model을 납품.
- 5) PACS or EMR Interface 연동.
- 6) 사양 검토시 우리병원에 제출한 모든 것.
- 7) All Software Install program & All service key 제공.

2020 . 07.