

# 장비 사양서

장비심의

제2020-임7호 / 혈당측정기(Blood Glucose Meter)

## 1. 기 본 사 양 (기본적구성)

- 1) 측정범위 : 10~600 mg/dL or 20~600 mg/dL
- 2) 필요검체량 : 최소 0.4 $\mu$ l or 0.6 $\mu$ l
- 3) 측정시간 : 5초
- 4) 메모리 : 환자데이터 : 1,000개 or 5,000개
- 5) 스트립 코드인식 : 자동 (노코딩) or 코드칩
- 6) 보정방식 : 혈장 보정
- 7) 배터리
  - ① 작동시간 : 3~4 시간 or 2시간
  - ② 충전시간 : 전원 off 시 4시간 or more  
전원 on 시 12시간 or more
- 8) 바코드 리더 : Code-128, Code-39, Code-93, Code-11, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Codabar NW7, MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5 or Code-128, Code-39, Code-93, EAN-13, Interleaved 2 of 5, Codabar
- 9) 화면 : 터치스크린
- 10) 크기, 무게 : 61x74x24.5mm , 213g or 193x95x44mm , 350g
- 11) 작동범위
  - ① 온도 : 10 ~ 40℃ or 14~40℃
  - ② 상대습도 : 10~90 %
  - ③ 적혈구 용적률 : 20~60% or 20~65%

## 2. 구 성 품

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1) 혈당측정기          | · · · · · 50ea  |
| 2) 베이스 유닛(충전, 거치) | · · · · · 50ea  |
| 3) Software       | · · · · · 1Copy |
| 4) Server PC      | · · · · · 1Set  |
| 5) Standard Acc.  | · · · · · 1Lot  |

## 장비 사양서

장비심의

제2020-임7호 / 혈당측정기(Blood Glucose Meter)

### 3. 특 이 사 항

- 1) Operating / Service Manual 각각 제공한다.
- 2) 모든 장비의 구성 및 Accessory는 사양대로 제공할 것.
- 3) Warranty는 임대기간 무상수리.
- 4) 회사의 최신장비, 최신 Model을 납품.
- 5) PACS or EMR Interface 연동.
- 6) 사양 검토 시 우리병원에 제출한 모든 것.
- 7) All Software Install program & All service key 제공.
- 8) 소모품 및 시약 물품내역서 첨부.

2020. 12.