

장비 사양서

장비심의

제2020-임12호 / 자동면역분석기(Automatic Immunology Analyzer)

1. 기 본 사 양 (기본적구성)

- 1) 전자동 검사수행 형태의 화학발광 면역분석기
- 2) 검사도중 응급 검사 가능
- 3) 분석법 : 전기적화학발광면역검사법 또는 화학발광분석법
- 4) 제공 가능 메뉴 : 100가지 또는 66가지
- 5) 응급 검사 시간 : 15분 이하
- 6) 처리능력속도 : 100 Test/h 또는 170 Test/h
- 7) Sample Volume : 10-50 ul 또는 50-250 ul
- 8) 시약 용기 SIZE : 100 T 또는 50 T x 2
- 9) 동시 처리 검체 항목 수 : 60검체 또는 75검체
- 10) Calibration 안정도 : 14일-26일 또는 28일
- 11) 자동 샘플 분주 가능
- 12) 측정방식 : Random Access
- 13) Calibration 측정 : 2 Point Calibration
- 14) 전원 : 110-220V AC/60HZ
- 15) 소비전력 : 1.5kw 이하
- 16) 장비규격 : 217(W)X104(D)X130(H) 또는 107(W)X74(D)X81(H)
- 17) 장비 무게 : 300kg 이하

2. 구 성 품

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1) Module | 1Set |
| 2) MSB | 1Unit |
| 3) Standard Accessories | 1Set |

3. 특 이 사 항

- 1) Operating / Service Manual 각각 제공한다.
- 2) 모든 장비의 구성 및 Accessory는 사양대로 제공할 것.
- 3) Warranty는 임대기간 무상수리.

장비 사양서

장비심의

제2020-임12호 / 자동면역분석기(Automatic Immunology Analyzer)

- 4) 회사의 최신장비, 최신 Model을 납품.
- 5) PACS or EMR Interface 연동.
- 6) 사양 검토 시 우리병원에 제출한 모든 것.
- 7) All Software Install program & All service key 제공.
- 8) 소모품 및 시약 물품내역서 첨부.

2020. 12.